



Akkreditierte
Prüfstelle nach
EN ISO 17025



HygCen Austria GmbH | Werksgelände 28 | 5500 Bischofshofen

Zertifikat

**Trans-Textil GmbH
Pommerstraße 11-13
83395 Freilassing
Deutschland**

TOPAZ® Mehrweg Mund-Nasen-Schutzmasken; Typ IIR
wurden erfolgreich geprüft gemäß
EN 14683:2019:AC:2019
„Medizinische Gesichtsmasken - Anforderungen und Prüfverfahren“
inklusive Anhang B und ISO 22609

Die Konformität mit diesen Anforderungen
wird durch die Prüfberichtsnummer: B 23722 bestätigt.

Identifikationsnummer: 2023722/111

Bischofshofen, 16.09.2020

Prof. Dr. med. H.-P. Werner
Geschäftsführer
Facharzt für Hygiene & Mikrobiologie